

オープンカウンター質疑書

(宛先)所沢市長

令和 8年 4月 16日

住 所
商号又は名称
担当者名
電話番号
FAX番号

案件番号 1

案件名:自動体外式除細動器(AED)の購入

質問事項

- ① 規格「日本光電工業製 AED-3200」とありますが、遠隔監視システムは必須でしょうか。また、遠隔システム付きの機器を納入する場合において、設置場所の電波状況が悪い場合は、通信状況の改善する場所を検討する等、別途協議するという事によろしいでしょうか。
- ② キャリングケース(AED本体、予備電極パッド、レスキューキット収納)は、メーカーの指定はありますか？
- ③ 「定期交換品を含む」とありますが、使用期限に伴う5年分の消耗品交換費用を見積金額に含めるということでしょうか。AED使用時に交換が必要な消耗品費用は上記には含まれますでしょうか。また、新しい消耗品はAED設置先へ送付する運用によろしいでしょうか。
- ④ 電極パッドは概ね2年毎(期限が切れる1か月前)の交換によろしいでしょうか。バッテリーは48ヶ月目に交換によろしいでしょうか。

回 答

- ① 遠隔監視システムは必須ではありません。また、遠隔システム付きの機器を納入する場合において、設置場所の電波状況が悪い場合は、設置場所の変更等を別途協議します。
- ② キャリングケースはAED本体及び付属品を収納出来るバッグで、収納したまま、インジケータの確認ができ、AEDが収納されていることが一目で分かるデザインのものであればメーカー等の指定はありません。
- ③ 定期交換品には使用期限に伴う5年分の消耗品交換費用を含むものとし、積算に含めてください。AED使用時に交換が必要な消耗品費用は今回の仕様に含まれていません(別途支払います)。なお、消耗品は設置先に納品するものとします。
- ④ 電極パッドは2年毎、バッテリーは48ヶ月後に交換を想定していますが、実際の使用状況等により、交換時期が前後する可能性があります。その場合は協議の上、納品時期を決定するものとします。

注意事項: 1 本書の提出期限については、仕様書をご確認ください。
2 質問事項の回答は、当市ホームページに掲載します。
3 本書は仕様書下部の担当者あてに提出してください。