

令和6年4月23日

仕様書

案件番号

17

納入期限	質疑書提出期限 ※持参又はFAXに限ります	同等品選定期限	見積書提出期限	地域要件
令和6年5月24日	令和6年4月25日 正午		令和6年4月30日 午後4時	市内業者 準市内業者 県内業者

案件名 自動体外式除細動器(AED)外の購入

納入場所 公園課

番号	品名	メーカー	型番・規格	数量	単位	同等品の可否
1	自動体外式除細動器(AED)外	日本光電工業株式会社	別紙のとおり	1	式	不可
2						
3						
4						
5						

(特記事項)

※本件は郵送での見積書提出が可能です。見積書提出期限までに必ず契約課に届くよう、時間に余裕をもって郵送するようお願いします。
なお、郵便事情による配達遅延等で提出期限までに届かず、提出期限日までに契約課で受理できなかった見積書は無効となりますので、郵送にあたってはご注意ください。

発注課	担当者	電話	FAX
公園課	山内	04-2998-9196	04-2998-9153

自動体外式除細動器（AED）外の購入

1. 機器構成

品名	内容
自動体外式除細動器	日本光電工業株式会社 AED-3150
電極パッド	日本光電工業株式会社 P-740 2セット
レスキューセット	日本光電工業株式会社 YZ-043H3 (タオル、はさみ等)
バッテリーパック	日本光電工業株式会社 SB-310V
電極パッド	日本光電工業株式会社 P-740 2セット 【2年後定期交換分】
電極パッド	日本光電工業株式会社 P-740 2セット 【4年後定期交換分】
バッテリーパック	日本光電工業株式会社 SB-310V 【4年後定期交換分】

2. 納品場所

所沢市役所建設部公園課

(設置場所：所沢市カルチャーパーク管理棟)

3. 納入期限

令和6年5月24日（金）まで

4. 機器及び付属品の保守について

通常の管理状態で故障が発生した場合は、受注者の指定する納入業者により速やかに対応すること。

5. その他特記事項

(ア)故障、消耗品の補充や交換など機器に対する保守サービスについては、連絡後、概ね24時間以内に対応すること。

(イ)電極パッドとバッテリーは交換時期が来たら新しいものと交換し、古いものは回収すること。
また、交換分の納品は設置場所へ直接行うこと。

(ウ)自動体外式除細動器（AED）を使用した場合の電極パッドやバッテリー等消耗品については無償で交換すること。